

2024年7月22日

お取引先各位

株式会社コーナン・メディカル
営業部

修理対応終了のご案内

拝啓 貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて早速でございますが、弊社製品スペキュラーマイクロスコープ ノンコンロボ F&A シリーズの修理対応につきましてご案内申し上げます。
下記の該当製品は、既に耐用期間を超えてご使用いただいております。修理部品の入手が不可能なことから大変勝手ながら修理対応を終了させていただきます。このことより、弊社といたしましては現行機種への買い換えをお勧めしている次第でございます。

なお弊社では製品の耐用期間を8年と設定しており、「平成17年3月10日付け薬食発第0310003号厚生労働省医薬食品局長通知」、「平成17年3月10日付け薬食安発第0310001号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知」の発簡に基づき制定した日本眼科医療機器協会の基準に従うものです。

誠に恐れ入りますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【該当製品】

販売名：コーナンノンコンスペキュラーマイクロスコープ VII (FA-3509/3609)
コーナンノンコンスペキュラーマイクロスコープ XI (FA-3709)
コーナンノンコンスペキュラーマイクロスコープ XII (FA-3809)

以上

お問い合わせ先：
株式会社コーナン・メディカル
本社営業部 TEL:0798-36-3455
東京営業所 TEL:03-5337-2025

